関係各位

国家公務員共済組合連合会　虎の門病院
契約担当者
院長　山口　徹

入札の実施通知書

標記のことについて、下記により入札を行ないますのでお知らせいたします。

記

1. 契約の目的
　医療器具機械　（　神経刺激ﾓﾆﾀｰ　＜手術室(耳鼻科)＞　）　の購入

2. 入札説明会の日時及び場所
　平成 24 年 10 月 2 日　(火)　午前 9 時 00 分
　（場所：当院　用度課）

3. 入札執行の日時及び場所
　平成 24 年 10 月 9 日　(火)　午前 9 時 00 分
　（場所：当院　用度課）

4. 入札保証金及び契約保証金
　全額免除

5. 入札参加資格
　下記の条件を全て満たす業者であること
　①当院所定の入札資格参加申込手続きを行い、審査結果通知書を当院から受理している業者。又は全省庁統一資格審査の結果通知書を受理している業者
　②当院もしくは省庁に納入実績がある業者
　③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。（契約時に誓約書を提出すること。）

6. その他
　入札書は別掲の仕様書の内容に合致した品目に関して作成のこと
　入札書と委任状は説明会にてのみ配布する
　質疑応答については、説明会 3 日前までに質問を FAX していただき、説明会にて回答する
　FAX　03-3560-7776　第 1 係入札担当者迄

（担当：用度課第 1 係）

仕　様　書

1　品目

神経刺激モニター

2　.調達目的

同機器を調達することにより、術中にターゲット神経を刺激し、筋電活動の分析・解析をモニタリングすることができる。それにより、患者の神経損傷リスクの軽減し、安全な診療を行う事を目的とする。

3　基本構成

1）神経刺激モニター本体
2）患者インターフェイス
3）シミュレーター
4）ミューティングプローブ
5）専用カート
6）ヒューズキット
7）患者インターフェイスヒューズキット

4.　機器仕様

4-1.　同時に最大 4 つの運動神経分枝のモニタリングが可能な 4 チャンネルであること
4-2　スティミュレーター数は、2 あり各々で刺激レベルの独立設定が可能であること
4-3　イーピーダンス測定は自動電極チェック機能を有すること
4-4　電極リードオフは　ミューティング及び警告を自動検知ができること
4-5　アーチファクト波形が検出されること
4-6　セットアップモードは、手技選択、電極設置ガイドによるサポートを有すること
4-7　レポートモードは、スナップショット、ログファイルにてレポート作成が可能であること
4-8　USB ポートは、3 つあること
4-9　USB ポートにプリンター、キーボード接続　可能であること
4-10　後からミニスクリーンを接続可能であること
4-11　刺激用プローブは 6 種類　使用可能であること
4-12　記録用電極は 6 種類　使用可能であること
4-13　バイポーラ焼灼中もモニタリングをミュートしたり OFF にしなくても使用可能であること

5.外形

1.基本構造

1-1　本体モニターはタッチスクリーンであること

1-2　カートは、移動用キャニスターを備えロックおよび解除が速やかにできること

5.その他

5-1　調達品の取扱説明書は日本語で１部提出できること

5-2　調達機器は、納入後においても装置に必要な消耗品及び故障時等に対して部品の安定した供給が確保されていること

5-3　指定した場所に設置し、その際は搬入、調整等が実施できること